

## OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

**Politechnika Rzeszowska**

**Dział Logistyki i Zamówień Publicznych,**

Al. Powstańców Warszawy 12 ,

35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie,

tel. (017) 7432175, fax (017)7432175,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na **Dostawa materiałów grafitowych. Dostawa materiałów do metalografii..**

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę:

**STRUERS Sp. z o.o. Oddział w Polsce**

**31-358 Kraków**

**Jasnogórska 44**

**Cena oferty – 11 657,45 zł**

**Uzasadnienie: Oferta spełnia wymagania Zamawiającego.**

Zadania unieważnione:

Zadanie nr: 1

Uzasadnienie: brak ofert

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty netto	Cena oferty brutto	Uwagi
1	Preparatyka Mateusz Wojtecki Dębniec 3 64-830 Dębniec	4 545,00	5 590.35 zł	Oferta niezgodna z wymaganiami Zamawiającego
2	OPTO-LAB Marcin Kowalewski Trzebińska 19/24 32-500 Chrzanów	8 284,60	10 190.06 zł	Oferta niezgodna z wymaganiami Zamawiającego
3	Struers sp. z o.o. oddział w Polsce Jasnogórska 44 31-358 Kraków	9 477,60	11 657.45 zł	

**Oferty odrzucone:**

**Oferta nr 1** – Preparatyka Mateusz Wojtecki, Dębieniec 3, 64-830 Dębieniec

**Uzasadnienie:** oferta niezgodna z wymaganiami Zamawiającego, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 1b)

- 1) oferowana w pkt 2 ściernica uniwersalna w osnowie gumowej zamiast wymaganej ściernicy w osnowie żywicznej do cięcia metali nieżelaznych,
- 2) oferowana w pkt 14 polikrystaliczna zawieszina diamentowa z lubrykantem zamiast wymaganej zawiesziny zawierającej diament wyłącznie polikrystaliczny,
- 3) oferowana w pkt 15 polikrystaliczna zawieszina diamentowa z lubrykantem zamiast wymaganej zawiesziny zawierającej diament wyłącznie polikrystaliczny,
- 4) oferowane w pkt 16 i 17 te same produkty (polikrystaliczna zawieszina diamentowa na bazie wodnej z lubrykantem, wielkość ziarna 1  $\mu\text{m}$ ), zamiast wymaganych przez Zamawiającego wyraźnie zróżnicowanych pod względem zastosowania (do materiałów miękkich, do materiałów twardych) – wskazanie uniwersalnego produktu oznacza, że oferowane w p. 16 i 17 produkty nie spełniają wymagań Zamawiającego.

**Oferta nr 2** – OPTO-LAB Marcin Kowalewski, ul. Trzebińska 19/24, 32-500 Chrzanów

**Uzasadnienie:** oferta niezgodna z wymaganiami Zamawiającego, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 1b)

- 1) oferowana w pkt 1 tarcza jest do materiałów o twardości 350-700HV, zamiast wymaganej do materiałów o twardości 200-500HV,
- 2) oferowana w pkt 2 tarcza jest do materiałów o twardości 50-400HV, zamiast wymaganej do materiałów o twardości 30-400HV,
- 3) oferowana w pkt 4 produkt - brak informacji jaka jest wysokość zacisku metalowego – wymagane miało być 9mm ale w odpowiedzi na pytanie dopuszczono również wysokość 6-6,5 mm
- 4) oferowany w pkt 11 papier ścierny #2500, zamiast wymaganego - papier ścierny #2400

Rzeszów dnia: 2020-06-05